

RELATÓRIO D EENSAIO Nº 97613/2020A
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas"

São Paulo, 13 de Maio de 2020.	
PLANT COMERCIAL LTDA.	Rua Domingos Paiva 292 - Brás
Solicitante: Priscila Nicolaidis Nicory	CEP.: 03.043-070- São Paulo/SP

Material: Máscara Cirúrgica 3 Camadas sem Filtro	
Data de entrada: 08/05/2020	Hora de entrada: 12:56
Embalagem: Plástica	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Máscaras Ind. Br	Lote: não referido	Descrição do produto: 3 Camadas - TNT Polipropileno 20g/m2 + TNT Polipropileno 40g/m2+TNT Polipropileno 20g/m2 Fabricado por Plant Comercial LTDA.	
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: não referido		Data de Validade: Indeterminado

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus aureus* ATCC 6538

Resultado: A amostra apresentou 95,15% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% $\geq$ 95%	Aprovada
BFE% <95%	Reprovada

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.