

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 97619/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana “BFE - NBR 14873”
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar

São Paulo, 13 de Maio de 2020.	
PLANT COMERCIAL LTDA	Rua Domingos Paiva 292 - Brás
Solicitante: Priscila Nicolaidis Nicory	CEP.: 03.043-070 - São Paulo/SP

Material: Avental em TNT Barreira Impermeável	
Data de entrada: 08/05/2020	Hora de entrada: 12:56
Embalagem: Plástica	Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Máscaras Ind.Br	Lote: não referido	Descrição do produto: Interna: Polipropileno - Não Tecido 100% Polipropileno, produzido através do processo spunbonded - Externa: Polietileno 100% Polietileno Barreira Impermeável em Polietileno Laminado, Fabricado por Plant Comercial Ltda.
Nº do produto: 01	Data de Fabricação: não referido	Data de Validade: Indeterminado

Micro-organismo utilizado: *Staphylococcus epidermidis* ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,99% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica;

Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica	Gerente de Laboratório
Maria José Silveira CRBio.: 18.098-01	Paula de Maio Trezza CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

<http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf>

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br/